



WL Comércio e Calibração de Pesos Padrão Ltda.



Certificado de Calibração Nº **WL359/2024**

Proposta Comercial: **231/2024**

Solicitante:
Endereço:
Cidade/Estado:

ITACEL FARMOQUIMICA LTDA
Rua Dr. José Alexandre Crosnac, 645
ITAPEVI / SP

Contratante:
Endereço:
Cidade/Estado:

PHOENIX COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA
Rua Felipe Cardoso de Campos, 290 - Vila Caiuba
SÃO PAULO / SP

Descrição do Instrumento: PESOS-PADRÃO

Descrição:	5 kg e 10 kg	Fabricante:	WL PESOS-PADRÃO
Formato:	U	Identif. do Conjunto:	N/C
Quantidade:	02 Peças	Material:	Ferro Fundido
Nº de Série:	N/C	Classe declarada:	M1

Condições Ambientais Durante a Calibração

Temperatura (°C)	Umidade relativa do ar (%)	Pressão Atmosférica (hPa)
21,9 ± 1,1	53 ± 6	927 ± 5

Rastreabilidade

Comparadores/Balanças utilizadas

Identificação	Certificado	Data de Calibração	Data de Validade	Lab. Acreditado
BAL 06	WL006SP/24	13/01/2024	07/2025	CAL 0682
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

Conjunto de Pesos-Padrão utilizados

Identificação	Certificado	Data de Calibração	Data de Validade	Lab. Acreditado
CP-001	MA 312_12_23	03/01/2024	06/2025	CAL 0291
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

Thermo-baro-higrômetro utilizado

Identificação	Certificado	Data de Calibração	Data de Validade	Lab. Acreditado
TH-003	224862/23	25/05/2023	05/2025	CAL 0056
TH-003	224863/23	25/05/2023	05/2025	CAL 0056

Responsáveis:



Conferência

Gabriel Ananias Vreque
Técnico Executante

Mislene da Silva Santos
Gerente Técnico

Data da Calibração: 28/02/2024

Data da Emissão: 01/03/2024

R. Manoel Lopes da Cunha, 115 - Vila Mangalot - São Paulo/SP - Tel: (11) 3641-5974

E-mail: vendas@wlpesos.com.br - Site: www.wlpesos.com.br



WL Comércio e Calibração de Pesos Padrão Ltda.

Certificado de Calibração Nº WL359/2024

Procedimentos de Calibração

A calibração é realizada pelo método de comparação direta, utilizando os pesos-padrão de referência do Laboratório de Massas da WL Pesos Padrão de classe superior ao objeto medido, classificados segundo a OIML R111-1 e portaria 289/21, de acordo com o PR-7.2.6.1 Calibração de Pesos-Padrão.

Resultado da Calibração

Item	TAG/ Identificação	Inscrição/ Marcação	Valor Nominal (g)	Sem ajuste (g)		Com ajuste (g)		Incerteza (g)	V _{exp}	(k)
				Valor Convencional	Erro	Valor Convencional	Erro			
1	WIN-0108	M 5 kg	5000	5000,06	0,06	---	---	0,08	∞	2,02
2	WIN-0109	M 10 kg	10000	10000,12	0,12	---	---	0,17	∞	2,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Observações:

- O ajuste ou recuperação dos pesos, quando for realizado, não pertence ao escopo de acreditação do laboratório.
- A Incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com V_{eff} igual ao respectivo número de graus de liberdade efetivos que corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95,45%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao instrumento acima caracterizado, não sendo extensivo a quaisquer lotes.
- Permitida somente reprodução integral deste certificado. O uso promocional requer autorização formal da WL Pesos-Padrão.
- A CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC.
- Esta calibração não isenta o instrumento de controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica.

Laboratório de calibração, acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC, sob o número CAL 0682.

R. Manoel Lopes da Cunha, 115 - Vila Mangalot - São Paulo/SP - Tel: (11) 3641-5974

E-mail: vendas@wlpesos.com.br - Site: www.wlpesos.com.br